

CERTIFICAT D'ACCREDITATION

LABORATOIRE RETROCI/CDC – COTE D'IVOIRE

Etabli selon la Convention No. 1 U2G PS000632-01

Numéro d'Accréditation de l'Organisme: MED 038

est un Laboratoire d'Analyses Médicales accrédité par SADCAS
ayant rempli toutes les conditions requises par SADCAS

Ce certificat est valide selon les portées définies dans l'Annexe Technique
Annexe "A", en relation avec le numéro d'accréditation **ci-dessus** pour

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES BIOLOGIE MOLECULAIRE, SEROLOGIE, BIOCHIMIE, HEMATOLOGIE ET IMMUNOLOGIE

*L'accréditation démontre la compétence technique pour une portée bien définie et le fonctionnement
d'un système de gestion de la qualité d'un laboratoire*

ISO 15189:2012

L'organisme est accrédité conformément à la Norme Internationale reconnue

*SADCAS est un organisme subsidiaire de la SADC. Un protocole d'entente entre la SADC et SADCAS sert
de base de la reconnaissance de SADCAS par les pays membres de la SADC en tant qu'organisme
d'accréditation multi-économique*

Mme Maureen P Mutasa
Directeur Général de SADCAS

Date Effective (Edition No: 1): 19 Septembre 2019

Expiration du Certificat: 18 Septembre 2024

ANNEXE A

ANNEXE TECHNIQUE

Numéro d'Accréditation du Laboratoire: MED 038 (ISO 15189:2012)

<p>Adresse Permanente du Laboratoire Laboratoire RETROCI/CDC – Côte d'Ivoire Chu de Treichville Abidjan Côte d'Ivoire</p> <p>Adresse Postale s/c Ambassade des USA B.P 730 Abidjan Cidex 03 Côte d'Ivoire</p> <p>Tel : +225 21 214 250 Cell : +225 05 391 489/74 895 686 +225 04 838 684 Fax : +225 21 242 969 Email : cia9@cdc.gov</p>		<p>Signataires Techniques : Ceux autorisés par le Chef du Laboratoire</p> <p>Représentant Désigné : Adje epse Toure Christiane</p> <p>Edition No : 01 Date d'édition : 19 Septembre 2019 Date d'expiration : 18 Septembre 2024</p>
DISCIPLINE/TYPE D'ECHANTILLON	TYPES D'ANALYSES	EQUIPMENT/METHODE
<p>BIOLOGIE MOLÉCULAIRE</p> <p>Plasma</p> <p>Sang Total Séché sur papier Buvard Whatman 903</p> <p>SEROLOGIE</p> <p>Sérum</p> <p>BIOCHIMIE</p> <p>Sérum</p>	<p>Charge Virale du VIH-1 ARN Plasmatique</p> <p>Dépistage Précoce du VIH-1 chez les enfants – ADN et ARN</p> <p>Antigène P24 et Anticorps anti VIH-1 Et anti VIH-2</p> <p>Créatinine Sérique</p>	<p>Cobas Ampliprep/Cobas Taqman et Cobas 6800 - PCR en Temps réel</p> <p>Cobas Ampliprep/Cobas Taqman – PCR en temps réel</p> <p>Méthode semi-automatisée Lecteur PR 4100 – Technique ELISA, tests rapides, tests en ligne</p> <p>Cobas C311 et Cobas integra 400+ / Méthode de Jaffé compensée</p>

ANNEXE A

Numéro d'Accréditation du Laboratoire: **MED 038** (ISO/IEC 15189:2012)

Edition No: 01

Date d'édition: 19 Septembre 2019

Date d'expiration: 18 Septembre 2024

DISCIPLINE/TYPE D'ECHANTILLON	TYPES D'ANALYSES	EQUIPMENT/METHODE
<u>HEMATOLOGIE</u> Sang Total	Globules rouges Globules blancs Hémoglobines Hématocrite Plaquettes	Sysmex XT 4000i et Sysmex XT 2000i / Cytométrie en flux ; Spectrophotométrie
<u>IMMUNOLOGIE</u> Sang Total	Lymphocytes TCD3+ Lymphocytes TCD3+/CD4+	FACSCanto II et FACSCALIBUR Cytométrie en flux ; Spectrophotométrie ; Cytochimie

Date d'origine de l'accréditation: 19 Septembre 2019

Page 2 of 2

Jeanne Françoise Ranorvelo
Directeur Technique de SADCAS