

No. de Ref. SADCAS										
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## L'ÉVALUATION SUR SITE D'UN LABORATOIRE D'ÉTALONNAGE

Date(s) de l'évaluation:		Durée (jours)	
Évaluateur:			
Observateur:			
Nom du laboratoire:			
Zone / Domaine d'activité:			
Représentant du laboratoire:			
Adresse du site évalué:			
<b>ÉTALONNAGE ÉVALUÉ</b>			
<b>C = Conforme    NC = Non-conforme    NA = Sans objet</b>			<b>C/NC/NA</b>
<b>Clause ISO/CEI 17025</b>	<b>1. Documentation sur la qualité</b> (Veuillez indiquer clairement ce qui a été examiné lors de l'évaluation)		
<b>4.1.3</b>	Le système de gestion couvre-t-il les travaux effectués à l'extérieur des installations permanentes ?		
	Existe-t-il une procédure documentée pour effectuer les étalonnages sur place ?		
	La procédure couvre-t-elle les points suivants ?		
<b>5.5.4</b>	• Identification des normes de référence et des équipements à utiliser ?		
<b>5.5.6</b>	• Emballage et transport de matériel ?		
<b>5.5.10</b>	• Contrôles intermédiaires des normes sur place ?		
<b>5.2.3</b>	• Supervision du personnel si nécessaire ?		
<b>5.4.2</b>	• Procédures d'étalonnage ?		
<b>5.10.2</b>	• Certificats d'étalonnage ?		
<b>5.3</b>	• Enregistrement des conditions ambiantes ?		
<b>4.13.2</b>	• Les enregistrements des activités sur site ?		

<b>Clause ISO/CEI 17025</b>	<b>2. Témoignage ou évaluation verticale d'un étalonnage effectué sur site</b>	
<b>5.5.6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'équipement a-t-il été manipulé et transporté de manière à éviter de l'endommager et de modifier ses valeurs métrologiques ?</li> <li>• L'environnement était-il adapté à l'objectif visé ?</li> <li>• Les conditions ambiantes ont-elles été enregistrées ?</li> <li>• Des vérifications intermédiaires ont-elles été effectuées avant la prise de mesures ?</li> <li>• Les métrologistes ont-ils prouvé qu'ils étaient compétents pour effectuer des étalonnages sur site ? Comment ?</li> </ul>	
<b>5.3.2</b>		
<b>5.5.10</b>		
<b>5.2.3</b>		
<b>5.8.3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'objet à étalonner a-t-il été inspecté pour déterminer son état avant l'étalonnage ?</li> <li>• Le client a-t-il été consulté pour déterminer ses besoins avant le début de l'étalonnage ?</li> <li>• Existe-il des enregistrements des discussions pertinentes avec le client ?</li> <li>• Des procédures d'étalonnage approuvées ont-elles été utilisées ?</li> <li>• Les résultats ont-ils été enregistrés ?</li> <li>• Les enregistrements étaient-ils conservés et identifiés par rapport à l'activité sur site ?</li> <li>• Le certificat d'étalonnage précise-t-il que l'étalonnage a été effectué sur site ?</li> <li>• L'adresse du site figure-t-elle sur le certificat ?</li> </ul>	
<b>4.4.2</b>		
<b>5.4.1</b>		
<b>4.13.2.1</b>		
<b>4.13.2.2</b>		
<b>5.10.2 b)</b>		
<b>3. Recommandation (Veuillez formuler une recommandation explicite)</b>		
Signé Évaluateur technique :		
Signé		Date:

Évaluateur principale :		
-------------------------	--	--